i-CHROMATM HbA1c control

USO PREVISTO

i-CHROMATM HbA1c control es para uso en el laboratorio clínico como una muestra de prueba para saber la concentración. Los valores del ensayo se proporcionan para los *i*-CHROMATM en la sección valores del control. El usuario puede comparar los resultados de las pruebas con los rangos esperados como medio de asegurar un rendimiento constante del reactivo HbA1c y *i*-CHROMATM.

PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

i-CHROMATM HbA1c Control es un material control estable liofilizado preparado a partir de sangre humana. Componentes de los controles que se derivan de materiales de origen humano se han probado y se encontró que no son reactivos para el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg), hepatitis C (VHC), el VIH-1 y VIH-2. Sin embargo, ningún método de prueba puede ofrecer completa seguridad de que los productos derivados de origen humano estén libres de agentes infecciosos. (Por favor, mantenga el control a una temperatura ambiente durante 30 minutos, antes de su uso.)

INSTRUCCIONES DE USO

Mezclar el contenido del vial con 0,5 ml de agua destilada antes de su uso. Siga el procedimiento de acuerdo con el inserto proporcionado con el kit.

COMPOSICIÓN DEL KIT

Reactivos (liofilizado)
Control (HbA1c humano) 5,7%

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El control debe ser almacenado refrigerado (2-8° C). Devolver todos los reactivos a 2-8 ° C inmediatamente después de uso. Vial cerrado es estable hasta la fecha de caducidad indicada. Vial abierto de control se puede utilizar durante 7 días si se almacena a 2-8 ° C.

VALOR DE CONTROL

Los rangos asignados de este control se basan en ensayos replicados de muestras representativas del producto mediante el uso de *i*-CHROMATM HbA1c y el lector**.** Los valores previstos pueden variar ligeramente en función de los usuarios.

***i*-CHROMATM** Control de HbA1c	
LOTE N º (exp.)	A1CYD10 (2.014,04)
Concentración (%)	5.7
Alcance (%)	5.1 ~ 6.3

Para llamadas de Asistencia Técnica

Servicios Técnicos Boditech Med Inc. s en

Tel: +82 (33) 243-1400

E-mail: support@boditech.co.kr

Boditech Med Incorporated

1144-2 Geoduri Dongnaemyeon,

Chuncheon, Gangwondo 200-883

República de Corea

Tel: +82 (33) 243-1400

Fax: +82 (33) 243-9373 www.boditech.co.kr

***i*-CHROMATM** es una marca comercial registradas de **Boditech Med** Incorporated.

Revisión No. 02

Fecha de la última revisión: 06 de julio 2010.

CE