

ichroma™ CONTROL DE MAU

[USO]

ichroma™ MAU De control está diseñado para uso en el laboratorio clínico o consultorio médico como una muestra de prueba de la concentración del reactivo. Los valores de ensayo se proporcionan para los sistema ichroma™ en la sección de "valor del control". El usuario puede comparar los resultados con los rangos esperados como medio de asegurar un rendimiento constante del reactivo e instrumento ichroma™.

- PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO.

[Descripción del Producto]

ichroma™ MAU CONTROL es un material de líquido estable preparado a partir de sangre humana. Componentes de los controles que se derivan de materiales de origen humano se han probado y no son reactivos al antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg), hepatitis C (VHC), el VIH-1 y VIH-2. Sin embargo, ningún método de prueba puede garantizar la completa seguridad de que los productos derivados de origen humano están libres de agentes infecciosos.

[MODO DE EMPLEO]

Mezclar bien el contenido del vial antes de cada uso por inversión suave varias veces. Abra el vial y recoger la solución de control en el volumen indicado en el inserto de la prueba. Después de este paso, siga el procedimiento según el inserto incluido en el kit. (Por favor, mantenga el control a una temperatura ambiente durante 30 minutos, antes de su uso.)

[KIT COMPOSICIÓN]

Reactivos (Líquido)

Control MAU humano 1 x 500 ul

[ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN]

El control debe ser almacenado en refrigeración (2-8 ° C). Devolver todos los reactivos a 2-8 ° C inmediatamente después de su uso. Vial cerrado de control es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. Un vial abierto de control se puede utilizar durante 1 mes si se conserva a 2-8 ° C.

[MATERIALES SUMINISTRADOS]

Control de MAU 1 x 500 ul

[VALOR DEL CONTROL]

Los rangos asignados de este control se basan en ensayos replicados de muestras representativas del producto mediante el uso de MAU ichroma™ y el lector. Los valores previstos pueden variar ligeramente en función de los usuarios.

ichroma™ MAU Control	
LOTE N ° (exp.)	MACKD27 (2.015,04)
Concentración (Mg / L)	55
Alcance (Mg / L)	45 ~ 65

Para llamadas de Asistencia Técnica
Servicios Técnicos Boditech Med Inc. 's en
Tel: +82 (33) 243-1400
E-mail: sales@boditech.co.kr



Boditech Med Incorporated
43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon,
Chuncheon-si,-do ganado-Gang 200-883
República de Corea
Tel: +82 -33-243-1400
Fax: +82 -33-243-9373
www.boditech.co.kr



Boditech Med Europa
25a Hill Gardens Hampstead
Londres NW32PJ, Reino Unido
Tel: +44-207-947-5400
Fax: +44-207-947-5401
E-Mail: jfnewsome@googlemail.com

Revisión N ° 04
Fecha de la última revisión: 07 de febrero 2014

